

観測所名	測定項目	計測機器	観測所名	測定項目	計測機器	観測所名	測定項目	計測機器
湖心	水温		平山	水温		安塚	水温	
	PH			PH			PH	
	DO	K-82S		DO	K-82S		DO	K-82S
	導電率			導電率			導電率	
	濁度			濁度			濁度	
	COD	COD-308		COD	SW-207C		COD	SW-207C
	T-N	TPN-508		T-N	TPN-508		T-N	TPN-508
	T-P	TPN-508		T-P	TPN-508		T-P	TPN-508
麻生沖	クロロフィル-a	CHL-P105		クロロフィル-a	10-AU		クロロフィル-a	10-AU
	水温		神宮橋	水温		潮来	水温	
	PH			PH			PH	
	DO	K-82		DO	K-82		DO	K-82
	導電率			導電率			導電率	
	濁度			濁度			濁度	
	COD	COD-308		COD	COD-308		塩化物イオン	PTW-1C
	T-N	TPN-508		T-N	TPN-508			
掛馬沖	T-P	TPN-508		T-P	TPN-508			
	クロロフィル-a	CHL-P105		クロロフィル-a	CHL-P105			
	水温		釜谷沖	水温		日川	水温	
	PH			PH			PH	
	DO	KW-2		DO	KW-2		DO	
	導電率			導電率			導電率	
	濁度			濁度			濁度	
	COD	COD-308		COD	COD-308		塩化物イオン	CPI-DF-4
	T-N	TPN-508		T-N	TPN-508			
	T-P	TPN-508		T-P	TPN-508			
	クロロフィル-a	KW-2		クロロフィル-a	KW-2			