

欠測記号一覧表

記号	内容	備考
MT	点検	保守点検、臨時点検を含む
RE	修理	点検後、修理が必要と思われる案件で測定を一時停止した場合
ST	停電	自然現象（誘雷等）、電気工事等でAC100V漏電NFB、AC200V漏電NFBが作動したり装置へ電源が供給されなかった場合
MW	水位低下	濁水期や干潮河川で大潮時に水位が下がり採水ポンプが露出して採水異常が発生した場合
Q	流量低下	採水配管の亀裂、詰まり、採水部エアープinchバルブの詰まり、採水ポンプの詰まり等で採水不良が発生した場合
K	機器改造	装置の更新、オーバーホール、改造工事等で測定を一時停止した場合
P	(故障)ポンプ	採水ポンプが漏電や故障で稼働不能になり採水不良が発生した場合
C	" 制御	採水制御盤内電磁接触器、リレー、漏電NFBの故障、K-82制御センサー等の故障、I7-用電磁弁の故障で測定が一時停止した場合
T	" 調整槽	ハットタツの詰まり、装置内電磁弁やピッチバルブの故障で空測定や流速不足による指示不良が発生した場合
R	" 記録計	指示記録部、データプリンタの故障でデータが失われた場合
S	" センサー	各センサーの故障で指示不良が発生した場合
A	" アンブ	各測定アンブの故障で指示不良が発生した場合